



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

## Technisches Datenblatt

# PEACH PEARL

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Apricot
- Latexfrei
- Unsteril



### Material

100% Synthetiklatex

### Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

### Maße

Art.-Nr.	7801	7802	7803	7804
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

### Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.08 ± 0.03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.10 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.12 ± 0.03

### Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 500	min. 400
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 14.0	min. 14.0

### Puder

Ungepudert

### Proteingehalt

Keine Proteine enthalten

### Manschette

Umbördelt

### Design

Beidhändig

### Oberfläche

Angeraute Fingerspitzen

### Farbe

Apricot

### Qualitätssicherung

Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 6124-06, EN 455 Teil 1–4, Hergestellt nach ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, gemäß GMP

### Verpackung

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.