



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Technisches Datenblatt

VIOLET PEARL

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Violett
- Latexfrei
- Unsteril



Material 100% Synthetiklatex

Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr.	4801	4802	4803	4804	4805
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	76 ± 3 mm	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm	113 ± 3 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.07 ± 0.02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.07 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.10 ± 0.02

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0

Puder Ungepudert

Proteingehalt Keine Proteine enthalten

Manschette Umbördelt

Design Beidhändig

Oberfläche Angeraute Fingerspitzen

Farbe Violett

Qualitätssicherung Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 6124-06, EN 455 Teil 1–4, Hergestellt gemäß GMP

Verpackung 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.